

Informe de resultats

Versió: 1 **Comanda:** 2023/474 **Data comanda:** 19/09/2023 **Tipologia:** Aigua **Subtipus:** Aigua consum
Client: CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA GARROTXA - SIGMA_Àrea de Salut Pública
Adreça: Ctra. de Riudaura , 94
Mostra: 2023/A-715 **Descripció:** Envàs plàstic 0.500L Estèril
Recepció: 19/09/2023 **Inici anàlisi:** 19/09/2023 **Fi anàlisi:** 03/10/2023

Informació aportada pel client

Descripció: PM_08 XARXA TAVIL ZS POLIGER
Ubicació: Punt xarxa Tavil

Referència del client: AJ. SANT JAUME DE LLIERCA

Origen: Aigua consum - Abastament **Condicions de la mostra:** REFRIGERADA

Responsable presa: * Consorci SIGMA - Àrees de Medi Ambient i Salut Pública **Data Presa:** 19/09/2023

DETERMINACIONS IN-SITU (aportades pel client)

Paràmetre	Valor Paramètric	Resultat	Unitats	Mètode	Incertesa
* Clor residual lliure (det.externa)		0,62	mg/L		
* Clor total (det.externa)		0,81	mg/L		

PARÀMETRES QUÍMICS

Paràmetre	Valor Paramètric	Resultat	Unitats	Mètode	Incertesa
Calci	100 mg/L	90,9	mg/L	PNT/AG/11	15%
* Duresa total per càlcul	500 mg/L CaCO ₃	340	mg/L CaCO ₃	PNT/AG/11	
Magnesi	30 mg/L	27,4	mg/L	PNT/AG/11	15%
Potassi	10 mg/L	2,0	mg/L	PNT/AG/11	28%

Observacions:


* La incertesa de la Duresa total per càlcul és 15%

- Aquest butlletí no es pot reproduir totalment o parcialment sense l'aprovació del Laboratori Polivalent de la Garrotxa.
- Aquest informe només afecta a la mostra tal i com es va rebre al laboratori.
- Valors paramètrics i anàlisi segons el Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, el seu control i subministrament.
- El laboratori no es fa responsable de la informació aportada pel client. Aquesta informació no està emparada per l'acreditació.

Data informe: 17/10/2023

Tècnica de laboratori Isabel Presta

Responsable tècnica Marta Mercader



(* Mètode no emparat per l'acreditació ENAC

R242.Rev3